AGSS Jakları – Venturi Tipi

Venturi tipi AGSS probu, 4–4,5 bar basınçlı hava kullanarak emiş oluşturur. Merkezi AGSS santrali kurulumunun gerekli olmadığı uygulamalar için alternatif bir çözüm sunar.
AGSS jakı bağlandığında emiş devreye girer ve atık anestezik gazlar tahliye hattı üzerinden dışarı atılır. Venturi tipi jak, AGSS outletine bağlanır ve Venturi prensibiyle basınçlı hava kullanarak emiş oluşturur. Böylece atık anestezik gazların tahliye hattı üzerinden uzaklaştırılması sağlanır.



Teknik Özellikler	
Uyumluluk	AGSS Venturi Tipi Priz
Negatif Basınç Kaynağı	Basınçlı Hava Sistemi
Gövde Malzemesi	Krom kaplı pirinç
Çalışma Prensibi	Venturi prensibiyle basınçlı hava kullanılarak oluşturulan vakum
Devreye Alma	AGSS prizinin yanında bulunan açma-kapama düğmesi
Kalite Standartları	EN ISO 13485:2016 – EN ISO 9001:2015
Medikal Gaz Standartları	EN ISO 7396-1:2016 – EN ISO 7396-2:2007 – EN ISO 11197 – EN ISO 9170-1 EN ISO 10524-1 – EN ISO 10524-2 – EN ISO 5359
Yönetim Standartları	EN ISO 14971:2019 – IEC 62366-1:2015

Teknik özellikler önceden bildirimde bulunmadan değiştirilebilir. Görseller gösterim amaçlıdır ve modele göre farklılık gösterebilir.